

	<p>Objekt: PH-Meter "E 520"</p> <p>Museum: Burgsteinfurter Sammlung historischer Medizingeräte Die Magazinräume sind zZ nicht öffentlich zugänglich 48565 Steinfurt hoelscher@fh-muenster.de</p> <p>Sammlung: Laborgerät für Analyse und Diagnostik</p> <p>Inventarnummer: Inv0152</p>
--	--

Beschreibung

Die genaue Messung des Säuregrades (pH) einer Lösung mittels einer gläsernen pH-Elektrode erfordert ein extrem hochohmiges Messgerät.

Grunddaten

Material/Technik:

Maße:

Ereignisse

Hergestellt wann
wer Metrohm Herisau
wo Herisau

Schlagworte

- Analyse
- Laborgerät
- PH-Wert